安寿（あんじゅ） ADLサポートバー 電動ベッド固定具S 取扱説明書

●正しくお使いいただくために、ご利用前に必ず取扱説明書をお読みください。

この固定具は ADL サポートバー専用です。



この製品は、取り付け条件を満たす電動ベッドのみに固定することができます。
それ以外の電動ベッドには使用しないでください。
この「取扱説明書」は、読み終わった後もＡＤＬサポートバーの「取扱説明書」と一緒に、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 誤った使いかたをすると**「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」**内容を説明しています。

! 必ず行うこと !

正しく設置すること

転倒やけがの原因になります。

・この固定具はＡＤＬサポートバー専用です。ＡＤＬサポートバーの「取扱説明書」と合わせて正しい設置方法で取り付けてください。

・必ず、電動ベッド固定具Ｓを指定する取り付け箇所に固定して設置してください。



昇降機能のあるベッドでは、利用者の体など各部位がはさまらないことを確認して設置すること

窒息やけがの原因になります。

・設置場所によってはベッド昇降時に手すりとベッドのすき間が小さくなります。
・設置の際には昇降機能の可動範囲を確認し、昇降機能を使用した際にも安全に使用できることを確認してからご利用ください。



昇降機能のあるベッドでは、手すりや支柱など各部位がぶつからないことを確認して設置すること

製品やベッドが破損する原因になります。

・設置の際には昇降機能の可動範囲を確認し、昇降機能を使用した際にも安全に使用できることを確認してからご利用ください。



警告

誤った使いかたをすると**「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」**内容を説明しています。

絶対にしないこと

予測できない行動をとる利用者や、自力で危険な状態から回避することが難しい利用者には使用しないこと

利用者の心身状態や利用環境によって、誤って頭や手足、体の一部がはさまる可能性があり、場合によっては生命にかかわる事故につながるおそれがあります。
十分なモニタリングとフィッティングをお願いいたします。



手すりとベッドの間に頭、体、手や足などを入れないこと

窒息やけがの原因になります。



手すりの間に頭、体、手や足などを入れないこと

窒息やけがの原因になります。



商品の寸法図と仕様

商品寸法図

単位：cm



仕様

品　　名	ＡＤＬサポートバー 電動ベッド固定具Ｓ	
構成部材	部　品　名	材　　質
	電動ベッド固定具Ｓ	スチール（粉体塗装）

※固定する六角穴付きボタンボルト M10 × 16mm　2本は、「ADL サポートバー」に付属する部品を流用してください。

廃棄上のご注意	おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

取り付ける前に

取り付けられるベッドに条件があります。
取り付け条件を満たすことを確認してください。

取り付け条件



組み立てましょう

準備するもの	●六角レンチ（6mm） ●「ADL サポートバー」に付属の六角穴付きボタンボルト M10 × 16mm　2本

組み立てかた

①介護ベッドをリクライニングして利用者が座った姿勢になる位置で、足元にベース板が来るように、ベッドに対して水平に設置してください。





②介護ベッドのベースフレームの下側へ潜り込ませるように、電動ベッド固定具 S を差し込みます。





③電動ベッド固定具 S とベース板との取り付け穴が合うように調整してください。



④ ADL サポートバーに付属する六角穴付きボタンボルト M10（２ケ所）でベース板を固定します。



警告

毎回ご使用前に製品を前後左右にゆらして
ガタつきがないか確認すること

製品がはずれて、けがの原因になります。



お掃除のしかた

日常のお手入れ方法

中性洗剤をうすめてスポンジかやわらかい布にふくませ汚れをとったあと、湿いた布で乾拭きしてください。

注意

次にあげるものではお手入れししないこと
・塩素系洗剤　・タワシ　・酸、アルカリ性洗剤
・研磨剤入りのスポンジ　・シンナー　・磨き粉
・クレゾール　・塩素系薬剤をかけての殺菌、消毒
・その他製品を傷付けるもの　・熱湯

製品が劣化し、けがの原因になります。

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。
製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。

注意

消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと

製品が破損する原因になります。

製品に関するご意見･お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）

製造・発売元

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL http://www.aronkasei.co.jp/ 安寿 検索

14.11　919063